



















## Desinfektions- und Hautschutzplan Zahnarztpraxis

Was?	Wann?	Womit?	Konzentration	Einwirkzeit	Wie?	Wer?
 Händewaschung	bei Arbeitsbeginn, vor Pausen, nach Arbeitsende, bei Verschmutzung / bei Bedarf	<b>MyClean WL</b>	<b>gebrauchsfertig</b>	<b>30 Sekunden</b>	Hände mit Waschlotion und Wasser waschen, abspülen, mit Einmalhandtuch abtrocknen	Alle Mitarbeiter
 Hygienische Händedesinfektion	vor und nach jeder Behandlung, vor der Arbeitsvor- bereitung, bei Unterbrechung der Behandlung nach Arbeitsplatz- wartung	<b>MyClean HB</b> <b>OP-Sept MyClean</b>	<b>gebrauchsfertig</b>	<b>30 Sekunden</b>	Hände vollständig mit Präparat benetzen (ohne Wasser/Hohlhand gefüllt), 30 Sek. lang feuchthalten und gegeneinander reiben	Alle Mitarbeiter
 Chirurgische Händedesinfektion	vor der chirurgischen Behandlung vor umfangreichen Eingriffen am Patienten mit erhöhtem Infektionsrisiko	<b>MyClean HB</b> <b>OP-Sept MyClean</b>	<b>gebrauchsfertig</b>	<b>90 Sekunden</b> <b>3 Minuten</b>	Waschen, Trocknen, anschließend Desinfizieren der Hände und Unterarme (Methode nach EN12791). Anziehen (steriler) Handschuhe	betroffene Personen
 Hautschutz	vor Arbeitsbeginn, nach Pausen vor Feuchtarbeiten bei Bedarf	<b>MyClean Handlotion lipid (W/O)</b>	<b>gebrauchsfertig</b>		Hautschutzcreme gründlich in die Hände einmassieren - besonders auf Partien zwischen den Fingern, Nagelfalzen und auf dem Handrücken achten	Alle Mitarbeiter
 Hautpflege	vor Pausen, nach der Arbeit, nach jeder Hautreinigung (wenn kein Hautschutz erforderlich), bei Bedarf	<b>MyClean Handlotion (O/W)</b>	<b>gebrauchsfertig</b>		Hautpfegelotion gründlich in die Hände einmassieren - besonders auf Partien zwischen den Fingern, Nagelfalzen und auf dem Handrücken achten	Alle Mitarbeiter
 vorbeugender Hautschutz	bei allen Arbeiten, bei denen die Möglichkeit der Kontamination mit Blut, Sekreten und Ausscheidungen gegeben ist sowie im Umgang mit Reinigungs- und Desinfektionsmittel- lösungen	<b>unterile Untersuchungshandschuhe nach EN 455 1-3, puderfrei</b>  <b>ggf. sterile OP-Handschuhe nach EN 455 1-4, puderfrei</b>  <b>Beim Umgang mit Chemikalien / Desinfektions- mitteln dickwandige Schutzhandschuhe nach EN 374 1,2,3 mit langem Schaft</b>			Über die trockene Hand ziehen. Desinfektionsmittel und Hautschutzcreme / Hautpfegelotion müssen vollständig abgetrocknet / eingezogen sein.	Alle Mitarbeiter
 Schleimhaut- desinfektion	vor der Behandlung	_____	<b>gebrauchsfertig</b>	_____	Schleimhautareal vollständig benetzen oder mit benetztem Tupfer Haut abreiben	Arzt Arzthelferin
 Instrumente	sofort nach Gebrauch	<b>MyClean IN</b>	2% 3% 4%	<b>60 Minuten</b> <b>30 Minuten</b> <b>15 Minuten</b>	Gemäß Instrumenten- und Desinfektionsmittelhersteller- angaben einlegen	benannte Person
 Instrumente Ultraschallbad	sofort nach Gebrauch	<b>MyClean IN</b>	3%	<b>5 Minuten</b>	Gemäß Instrumenten- und Desinfektionsmittelhersteller- angaben einlegen	benannte Person
 Maschinelle Instrumenten- aufbereitung	Aufbereitung möglichst unverzüglich nach der Anwendung	_____	<b>gemäß Herstellereangaben</b>	<b>gemäß Hersteller- angaben</b>	Gemäß Instrumenten- und Desinfektionsmittelhersteller- Angaben einlegen	benannte Person



## Desinfektions- und Hautschutzplan Zahnarztpraxis

Was?	Wann?	Womit?	Konzentration	Einwirkzeit	Wie?	Wer?
 Stahl- und Hartmetallboherer, Fräser	sofort nach Gebrauch	<b>MyClean B</b>	gebrauchsfertig	<b>5 Minuten</b> (bei sehr gut vorgereinigten Instrumenten)  <b>15 Minuten</b>	Gemäß Instrumenten- und Desinfektionsmittelhersteller-Angaben einlegen	benannte Person
 Absauganlage	Am Ende des Behandlungstages und ggf. bei Bedarf	<b>MyClean AS</b>	2%	<b>15 Minuten</b>	Durchsaugen der Anlage mit Desinfektionsmittel. Nach Ablauf der Einwirkzeit mit Wasser nachspülen. Desinfektion nicht über Nacht im System belassen.	benannte Person
 Abformungen	nach Erhalt, vor Versand	<b>MyClean AD</b>	gebrauchsfertig	<b>5 Minuten</b>	Abformungen für die Dauer der Einwirkzeit einlegen	benannte Person
 Sterilisation	nach der Desinfektion soweit erforderlich	Hersteller: _____ Modell: _____ Seriennr.: _____ Verfahren: _____			Instrumente in Folienbeutel oder in Kassetten in Sterilisator legen. Nach Herstellerangaben sterilisieren.	benannte Person
 Kleine Flächen, Hand und Winkelstücke, Arbeitsfläche, Behandlungsstuhl	nach jeder Behandlung	<b>MyClean DS</b> <b>MyClean DS Desinfektionstücher</b> <b>MyClean DS A</b> <b>MyClean DS OA</b>	gebrauchsfertig	<b>1 Minute</b>	Aufbringen der Lösung auf vollständige Benetzung achten	benannte Person
 Große Flächen Fußboden, Waschbecken, WC-Becken, -brille	nach sichtbarer Kontamination und 1x täglich nach Beendigung der Sprechstunde; abends	<b>MyClean FD</b>	0,25% 0,5% 1% 1,5% 8%	<b>4 Stunden</b> <b>60 Minuten</b> <b>30 Minuten</b> <b>15 Minuten</b> <b>1 Minute</b>	Flächen mit in Gebrauchslösung getränktem Putztuch oder Mopp wischen, einwirken lassen, auf vollständige Benetzung achten.	benannte Person
 Wäsche	nach Gebrauch, bei sichtbarer Verschmutzung sofort	vor Ort, mit geeigneter Waschmaschine/Wäscherei	gemäß Herstellerangaben		Entweder Kochwaschgang oder 60°C Waschgang und desinfizierendes Waschmittel, lt. VAH-Liste	benannte Person
 Abfall	Abfalleimer täglich mit Desinfektionsmittellösung desinfizieren, grundsätzlich Abfallbeutel verwenden				Entsorgung gem. LAGA Richtlinie für Krankenhausabfälle. Entsorgungshinweise auf Verpackungen beachten.	benannte Person

Für die Durchführung aller Desinfektionsarbeiten sind die Regeln der Berufsgenossenschaft BGR 250/TRBA 250 verbindlich. Bei Desinfektionsmaßnahmen sind Konzentration und Einwirkzeit zu beachten.

Die Inhalte des Hautschutz- und Desinfektionsplan sind den Mitarbeitern der Einrichtung mindestens jährlich zu unterweisen. (Grundlagen sind: §4 BGV A1, §12 BiostoffV, §12 ArbSchG). Die Unterweisung sind schriftlich festzuhalten.