



PEARL Red UK (GP006*)

Einweg-Untersuchungshandschuhe aus Nitril

Nitril • latexfrei • puderfrei • rot • unsteril • Lebensmittelecht •
 Chemikalienschutzhandschuh EN 374
 Schutz vor Viren, Pilzen und Bakterien

Spezifikationen:

Material: Nitril
 Puder: Ungepudert
 Inhaltsstoffe: Hypoallergen, Thiuramfrei, keine Proteine enthalten
 Manschette: Umbördelt
 Design: Beidhändig
 Steril: Nein
 Oberfläche: Angeraute
 Fingerspitzen
 Farbe: Rot
 Qualitätssicherung:
 PSA – EN 374 CAT III -
 TypC, EN 420; MPG – EN
 455 Teil 1–4; EN ISO
 13485:2016

Artikelnummer und Größe:

GP0061 | Extra Small
 GP0062 | Small
 GP0063 | Medium
 GP0064 | Large
 GP0065 | Extra large

Verpackung:

100 Stück pro Box
 10 Boxen pro Karton

Klassifikation:



Für weitere
 Informationen
 klicken Sie
 bitte auf
 das Bild



Prüfparameter

Prüfkriteriene	Prüfstufe	AQL
Maße	S-2	4,0
Physikalische Eigenschaften	S-2	4,0
1000-ml-Wasserdichtheitestest	G-1	1,5
Sichtprüfung auf Fehler	G-1	2,5

Maße

Art.-Nr.	GP0061	GP0062	GP0063	GP0064	GP0065
Größe	XS = 5–6	S = 6–7	M = 7–8	L = 8–9	XL = 9–10
Breite	75 ± 5 mm	85 ± 5 mm	95 ± 5 mm	105 ± 5 mm	120 ± 10 mm
Länge	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm

Materialstärke

Messpunkte	Eine Lage (mm)
Manschette (im Abstand von 40mm zum umbördelten Rand)	0.05 ± 0.02
Handfläche (in der Mitte der Handfläche)	0.08 ± 0.03
Fingerspitze (im Abstand von 13 ± 3 mm zur Spitze des Mittelfingers)	0.09 ± 0.03

Physikalische Eigenschaften

Parameter	Vor der Alterung	Nach der Alterung
Zugfestigkeit (N)	min. 6.0	min. 6.0

Chemikalienschutz

Das Produkt entspricht der PSA-Verordnung (EU) 2016/425

Type-Examination (Modul B) & Modul C2

SATRA Technology Europe, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P Ireland
 (Notified Body 2777)

Prüfchemikalie	EN ISO 374-1:2016 Permeationslevel	EN374-4:2013 Degradation %
Natriumhydroxid 40% (K)	6	-78.9

Hinweis

Die vorstehenden Angaben gelten für die Standardausführung.
 Änderungen vorbehalten.



UNIGLOVES GERMANY
 Arzt- & Klinikbedarf
 Handelsgesellschaft mbH

📍 Camp-Spich-Straße 71
 D-53842 Troisdorf-Spich
 ☎ +49 (0) 2241-9323-0
 ✉ unigloves@unigloves.de
 🌐 unigloves.de

