

PEARL Violet UK (GP007*)

Einweg-Untersuchungshandschuhe aus Nitril

Nitril • latexfrei • puderfrei • violet • unsteril •
 Chemikalienschutzhandschuh EN 374
 Schutz vor Viren, Pilzen und Bakterien • Lebensmittelecht

Spezifikationen:

Material: Nitril
 Puder: Ungepudert
 Inhaltsstoffe: Hypoallergen, Thiuramfrei, keine Proteine enthalten
 Manschette: Umbördelt
 Design: Beidhändig
 Steril: Nein
 Oberfläche: Angeraute
 Fingerspitzen
 Farbe: Violet
 Qualitätssicherung:
 PSA – EN 374 CAT III - TypC, EN 420; MPG – EN 455 Teil 1–4; EN ISO 13485:2016

Artikelnummer und Größe:

GP0071 | Extra Small
 GP0072 | Small
 GP0073 | Medium
 GP0074 | Large
 GP0075 | Extra large

Verpackung:

100 Stück pro Box
 10 Boxen pro Karton

Klassifikation:



Für weitere Informationen
 klicken Sie bitte auf
 das Bild



Prüfparameter

| Prüfkriteriene | Prüfstufe | AQL |
|------------------------------|-----------|-----|
| Maße | S-2 | 4,0 |
| Physikalische Eigenschaften | S-2 | 4,0 |
| 1000-ml-Wasserdichtheitstest | G-1 | 1,5 |
| Sichtprüfung auf Fehler | G-1 | 2,5 |

Maße

| Art.-Nr. | GP0071 | GP0072 | GP0073 | GP0074 | GP0075 |
|----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|
| Größe | XS = 5–6 | S = 6–7 | M = 7–8 | L = 8–9 | XL = 9–10 |
| Breite | 75 ± 5 mm | 85 ± 5 mm | 95 ± 5 mm | 105 ± 5 mm | 120 ± 10 mm |
| Länge | ≥ 240 mm | ≥ 240 mm | ≥ 240 mm | ≥ 240 mm | ≥ 240 mm |

Materialstärke

| Messpunkte | Eine Lage (mm) |
|--|----------------|
| Manschette (im Abstand von 40mm zum umbördelten Rand) | 0.05 ± 0.02 |
| Handfläche (in der Mitte der Handfläche) | 0.08 ± 0.03 |
| Fingerspitze (im Abstand von 13 ± 3 mm zur Spitze des Mittelfingers) | 0.09 ± 0.03 |

Physikalische Eigenschaften

| Parameter | Vor der Alterung | Nach der Alterung |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Zugfestigkeit (N) | min. 6.0 | min. 6.0 |

Hinweis

Die vorstehenden Angaben gelten für die Standardausführung. Änderungen vorbehalten.



UNIGLOVES GERMANY
 Arzt- & Klinikbedarf
 Handelsgesellschaft mbH

📍 Camp-Spich-Straße 71
 D-53842 Troisdorf-Spich
 ☎ +49 (0) 2241-9323-0
 ✉ unigloves@unigloves.de
 🌐 unigloves.de

